BRASIL | Serviços Barra GovBr

-------- Site do Inmetro --------

Sites de Interesse | Mapa do Site | Ouvidoria | Fale com o Inmetro

RBC Rede Brasileira de Calibração

Listar Laboratórios | Consulta Laboratórios | Consulta Serviços

Voltar

Consulta

Acreditação Nº	**144**
Data da Acreditação	**25/07/2000**
ACREDITAÇÃO VIGENTE	**Clique aqui para mais informações.**
Última Revisão do Escopo	**17/08/2017**
Razão Social	**K&L Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.**
Nome do Laboratório	**Laboratório de Metrologia Lenzi Ltda.**
Situação	Ativo
Endereço	RUA SERGIPE, 113 - SALA B
Bairro	BONECA DO IGUAÇU
CEP	83040120
Cidade	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
UF	PR
Telefone	(41) 3382 7666
Fax	(41) 3382 7666
Grupo de Serviço de Calibração	MASSA
Gerente Técnico	Mauro Godinho
Email	gerencia.tecnica@kellab.com.br

Descrição do Serviço	Faixa	Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
(Realizados nas instalações permanentes)		
MEDIDAS DE MASSA		
Medição de Massa de Peças Diversas	1 mg até 32kg	0,009 mg até 0,2 g
PADRÕES DE MASSA		
Peso Padrão	1mg	0,006 mg
	2mg	0,006 mg
	5 mg	0,006 mg
	10 mg	0,007 mg
	20 mg	0,009 mg
	50 mg	0,011 mg
	100 mg	0,015 mg
	200 mg	0,017 mg
	500 mg	0,022 mg
	1 g	0,030 mg

	2 g	0,036 mg
	5 g	0,032 mg
	10 g	0,051 mg
	20 g	0,061 mg
	50 g	0,10 mg
	100 g	0,25 mg
	500 g	1,8 mg
	1 kg	12 mg
	2 kg	13 mg
	5 kg	0,12 g
	10 kg	0,13 g
	20 kg	0,13 g
	200 g	0,42 mg

(Realizados nas instalações do cliente)

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE MASSA		
Balança	1 mg até 5 g	0,003 mg até 0,024 mg
	> 5 g até 50 g	0,024 mg até 0,075 mg
	> 50 g até 200 g	0,075 mg até 0,29 mg
	> 200 g até 500 g	0,29 mg até 0,66 mg
	> 500 g até 1 kg	0,66 mg até 1,4 mg
	> 1 kg até 5 kg	1,4 mg até 10 mg
	> 5 kg até 30 kg	10 mg até 75 mg
	> 30 kg até 50 kg	0,075 g até 3,4 g
	> 500 kg até 100 kg	3,4 g até 6,6 g
	> 100 kg até 500 kg	6,6 g até 34 g
	> 500 kg até 1000 kg	34 g até 66 g

Observações:

1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.

Topo